SPEZIFIKATION
SPECIFICATION

SERVA Electrophoresis

Fluoromount for microscopy **Kat.Nr.**/Cat.No. : **21644**
Fluoromount for microscopy

Parameter parameter	**Methode** method	**Spezifikation** specification
Aussehen appearance		klare farblose viskose Flüssigkeit clear colorless viscous liquid
Dichte (g/ml) specific density		ca. 0.88
Brechungsindex refractive index	n_D20°	1.454 – 1.457
Lagerung (°C) storage		+2 bis/ to +8

SERVA Electrophoresis GmbH

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
We do not guarantee that the product can be used for a special application.

SERVA Electrophoresis GmbH • D-69115 Heidelberg • Carl-Benz-Str. 7
Tel.: +49(0)6221 / 138 40-0 • Fax· +49(0)6221 / 138 40-10 • E-Mail: info@serva.de http://www.serva.de