

ANALYSENZERTIFIKAT
CERTIFICATE OF ANALYSIS

Agarose SERVA neutral für IEF	Kat.Nr./Cat.No. : 11402
Agarose SERVA neutral for IEF	Lot/Contr.No. : 250540

Parameter parameter	Methode method	Spezifikation specification	Ergebnis result
Aussehen appearance		weißes Pulver white powder	entspricht corresponds
Gelstärke (g/cm²) gel strength	1.5 % Gel 1.5 % gel	> 800	1 100
Trocknungsverlust (%) loss on drying	4h, 105°C	max. 5.0	4.8
Elektroendosmose (mr) electroendosmosis		± 0.0	entspricht corresponds
Mindesthaltbarkeit minimum shelf life			24.06.2028
Lagerung (°C) storage			+15 bis/ to +30

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
Dieses Dokument entbindet nicht von einer branchenüblichen Eingangskontrolle.
We do not guarantee that the product can be used for a special application.
This document does not release you from performing the standard control upon receipt of incoming goods.

SERVA Electrophoresis GmbH
Qualitätskontrolle/ Quality Control

Druckdatum/ printing date: 26.06.2025

Dr. Judith Koch

Jan Dennis Lorenzen

Dieses Dokument ist ein Computerausdruck und deshalb ohne Unterschrift gültig.
This report has been computer generated and does not contain a signature.