

A N A L Y S E N Z E R T I F I K A T
 CERTIFICATE OF ANALYSIS

| | |
|------------------------------|--------------------------------|
| Kanadabalsam | Kat.Nr./Cat.No. : 26896 |
| Canada balsam for microscopy | Lot/Contr.No. : 220512 |

| Parameter parameter | Methode method | Spezifikation specification | Ergebnis result |
|---|--------------------------|--|---------------------------|
| Aussehen appearance | | klare, gelbe, viskose Flüssigkeit clear, yellow, viscous liquid | entspricht corresponds |
| Identität identity | IR | entspricht corresponds | entspricht corresponds |
| Brechungsindex refractive index | 20 °C | 1.520 – 1.527 | 1.525 |
| Ursprung origin | | extrahiert aus den Rinden verschiedener Tannen extracted from the bark of various fir species (Abies canadensis, Abies balsamea) | |
| Mindesthaltbarkeit minimum shelf life | | | 18.05.2027 |
| Lagerung (°C) storage | | | +15 bis/ to +30 |

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
Dieses Dokument entbindet nicht von einer branchenüblichen Eingangskontrolle.
 We do not guarantee that the product can be used for a special application.
 This document does not release you from performing the standard control upon receipt of incoming goods.

SERVA Electrophoresis GmbH
Qualitätskontrolle/ Quality Control

Druckdatum/ printing date: 20.05.2022

Christian Monsler

Dr. Judith Koch

Dieses Dokument ist ein Computerausdruck und deshalb ohne Unterschrift gültig.
 This report has been computer generated and does not contain a signature.