

ANALYSENZERTIFIKAT
 CERTIFICATE OF ANALYSIS

IPG Strip 3 - 10 / 7 cm	Kat.Nr./Cat.No.:	43001
	Lot/Contr.No. :	IPG17016-1

Parameter parameter	Methode method	Spezifikation specification	Ergebnis result
Beschreibung description	Getrocknete Gelstreifen mit immobilisiertem pH-Gradienten. Die homogene Acrylamidmatrix ist an die Trägerfolie GEL-FIX™ kovalent gebunden, um das Gel zu stabilisieren. Dried gel strips with immobilized pH-gradient. The homogeneous acrylamide matrix is covalently bound to the support film GEL-FIX™ to stabilize the gel.		
Proteintrennung (R_f) protein separation	β-Lactoglobulin	0.24 – 0.34	0.34
	Lectin	0.48 – 0.58	0.58
	Ribonuclease	0.80 – 0.91	0.86
Steigung des Gradienten slope of the gradient	Differenz der R _f -Werte von difference of the R _f -values for		
	Ribonuclease/ Lectin	0.24 – 0.35	0.28
	Ribonuclease/ β-Lactoglobulin	0.50 – 0.60	0.52
Mindesthaltbarkeit minimum shelf life			29.03.2019
Lagerung (°C) storage			-15 bis/ to -25

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
Dieses Dokument entbindet nicht von einer branchenüblichen Eingangskontrolle.
 We do not guarantee that the product can be used for a special application.
 This document does not release you from performing the standard control upon receipt of incoming goods.

SERVA Electrophoresis GmbH	Druckdatum/ printing date: 04.04.2017
Qualitätskontrolle/ Quality Control	

Dipl.-Ing. (FH) Bernhard Göckel	Marina Konter
---------------------------------	---------------

Dieses Dokument ist ein Computerausdruck und deshalb ohne Unterschrift gültig.
 This report has been computer generated and does not contain a signature.