

ANALYSENZERTIFIKAT
CERTIFICATE OF ANALYSIS

SERVA IPG BlueStrip 3-10 NL / 7 cm

Kat.Nr./Cat.No.: 43002

Lot/Contr.No. : IPG21010

Parameter parameter	Methode method	Spezifikation specification	Ergebnis result
Beschreibung description	Getrocknete Gelstreifen mit immobilisiertem pH-Gradienten. Die homogene Acrylamidmatrix ist an die Trägerfolie GEL-FIX™ kovalent gebunden, um das Gel zu stabilisieren. Dried gel strips with immobilized pH-gradient. The homogeneous acrylamide matrix is covalently bound to the support film GEL-FIX™ to stabilize the gel.		
Proteintrennung (R_f) protein separation	β-Lactoglobulin	0.20 – 0.30	0.23
	Lectin	0.45 – 0.55	0.53
	Ribonuclease	0.82 – 0.92	0.89
Steigung des Gradienten slope of the gradient	Differenz der R _f -Werte von difference of the R _f -values for		
	Ribonuclease/ Lectin	0.35 – 0.45	0.36
	Ribonuclease/ β-Lactoglobulin	0.56 – 0.66	0.66
Mindesthaltbarkeit minimum shelf life	24.03.2023		
Lagerung (°C) storage	-15 bis/ to -25		

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.

Dieses Dokument entbindet nicht von einer branchenüblichen Eingangskontrolle.

We do not guarantee that the product can be used for a special application.

This document does not release you from performing the standard control upon receipt of incoming goods.

SERVA Electrophoresis GmbH
Qualitätskontrolle/ Quality Control

Druckdatum/ printing date: 01.04.2021

Dr. Judith Koch

Patricia Milford

Dieses Dokument ist ein Computerausdruck und deshalb ohne Unterschrift gültig.

This report has been computer generated and does not contain a signature.