

ANALYSENZERTIFIKAT

CERTIFICATE OF ANALYSIS

SERVA IPG BlueStrip 3-10 NL / 18 cm

Kat.Nr./Cat.No.: 43012

Lot/Contr.No. : IPG15151

Parameter parameter	Methode method	Spezifikation specification	Ergebnis result
Beschreibung	Getrocknete Gelstreifen mit immobilisiertem pH-Gradienten. Die homogene Acrylamidmatrix ist an die Trägerfolie GEL-FIX™ kovalent gebunden, um das Gel zu stabilisieren.		
description	Dried gel strips with immobilized pH-gradient. The homogeneous acrylamide matrix is covalently bound to the support film GEL-FIX™ to stabilize the gel.		
Proteintrennung (R_f) protein separation	β-Lactoglobulin	0.16 – 0.24	0.23
	Lectin	0.34 – 0.44	0.40
	Ribonuclease	0.82 – 0.90	0.87
Steigung des Gradienten slope of the gradient	Differenz der R _f -Werte von difference of the R _f -values for		
	Ribonuclease/ Lectin	0.44 – 0.52	0.45
	Ribonuclease/ β-Lactoglobulin	0.62 – 0.69	0.62
Mindesthaltbarkeit minimum shelf life	08.12.2017		
Lagerung (°C) storage	-15 bis/ to -25		

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.

Dieses Dokument entbindet nicht von einer branchenüblichen Eingangskontrolle.

We do not guarantee that the product can be used for a special application.

This document does not release you from performing the standard control upon receipt of incoming goods.

SERVA Electrophoresis GmbH
Qualitätskontrolle/ Quality Control

Druckdatum/ printing date: 19.05.2017

Dipl.-Ing. (FH) Bernhard Göckel

Marina Konter

Dieses Dokument ist ein Computerausdruck und deshalb ohne Unterschrift gültig.

This report has been computer generated and does not contain a signature.