

ANALYSENZERTIFIKAT

CERTIFICATE OF ANALYSIS



IPG Strip 3 - 10 / 11 cm

Kat.Nr./Cat.No.: 43031

Lot/Contr.No. : IPG20051

Parameter parameter	Methode method	Spezifikation specification	Ergebnis result
Beschreibung description	Getrocknete Gelstreifen mit immobilisiertem pH-Gradienten. Die homogene Acrylamidmatrix ist an die Trägerfolie GEL-FIX™ kovalent gebunden, um das Gel zu stabilisieren. Dried gel strips with immobilized pH-gradient. The homogeneous acrylamide matrix is covalently bound to the support film GEL-FIX™ to stabilize the gel.		
Proteintrennung (R_f) protein separation	β-Lactoglobulin	0.24 – 0.34	0.29
	Lectin	0.48 – 0.58	0.57
	Ribonuclease	0.77 – 0.88	0.85
Steigung des Gradienten slope of the gradient	Differenz der R _f -Werte von		
	difference of the R _f -values for		
	Ribonuclease/ Lectin	0.24 – 0.35	0.28
	Ribonuclease/ β-Lactoglobulin	0.50 – 0.60	0.56
Mindesthaltbarkeit minimum shelf life			07.10.2022
Lagerung (°C) storage			-15 bis/ to -25

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.

Dieses Dokument entbindet nicht von einer branchenüblichen Eingangskontrolle.

We do not guarantee that the product can be used for a special application.

This document does not release you from performing the standard control upon receipt of incoming goods.

SERVA Electrophoresis GmbH
Qualitätskontrolle/ Quality Control

Druckdatum/ printing date: 11.11.2020

Dr. Judith Koch

Patricia Milford

Dieses Dokument ist ein Computerausdruck und deshalb ohne Unterschrift gültig.

This report has been computer generated and does not contain a signature.