ANALYSENZERTIFIKAT
CERTIFICATE OF ANALYSIS

FocusGel 3-10	**Kat.Nr.**/Cat.No. : **43327**
Size: 250 mm x 115 mm x 0.65 mm	**Lot**/Contr.No. : **181172**

Parameter parameter	**Methode** method	**Spezifikation** specification	**Ergebnis** result
Beschreibung	Gebrauchsfertige Polyacrylamid-Gele mit Träger-Ampholyt, die an eine Kunststofffolie gebunden sind. Format: 250 x 115 mm, Dicke: 0.65 mm, ohne Probetaschen		
description	Ready-to-use polyacrylamide-gels with carrier ampholyte, bound to a plastic foil. Format: 250 x 115 mm, Thickness: 0.65 mm, without sample wells		
pH-Ampholyt		6.7 – 7.3	7.23
Leitfähigkeit (mS/cm) conductivity		0.70 – 1.19	entspricht conform
Proteintrennung protein separation	IEF, 650 µm-Gel, 7 °C, 3800 Vh	entspricht Standard conform reference	entspricht conform
Haftung des Gels adhesion of gel	IEF, 650 µm-Gel, 7 °C, 3800 Vh	Haftung ja adhesion yes	ja yes
Mindesthaltbarkeit minimum shelf life			30.10.2019
Lagerung (°C) storage			+2 bis/ to +8

SERVA Electrophoresis GmbH

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
Dieses Dokument entbindet nicht von einer branchenüblichen Eingangskontrolle.
We do not guarantee that the product can be used for a special application.
This document does not release you from performing the standard control upon receipt of incoming goods.

SERVA Electrophoresis GmbH
Qualitätskontrolle/ Quality Control

Druckdatum/ printing date: 09.11.2018

Dr. Judith Koch

Marina Konter

Dieses Dokument ist ein Computerausdruck und deshalb ohne Unterschrift gültig.
This report has been computer generated and does not contain a signature.

SERVA Electrophoresis GmbH • D-69115 Heidelberg • Carl-Benz-Straße 7
Tel.: +49 6221 13840-0 • Fax: +49 6221 13840-10 • E-Mail: info@serva.de • https://www.serva.de