

ANALYSENZERTIFIKAT
CERTIFICATE OF ANALYSIS

FocusGel 4-5 24S Kat.Nr./Cat.No.: **43332**
Size: 250 mm x 115 mm x 0.65 mm Lot/Contr.No.: **240056**

| Parameter parameter | Methode method | Spezifikation specification | Ergebnis result |
|---|---|--|-----------------------|
| Beschreibung description | Gebrauchsfertige Polyacrylamid-Gele mit Träger-Ampholyt, die an eine Kunststoffolie gebunden sind. Format: 250 x 115 mm, Dicke: 0.65 mm Ready-to-use polyacrylamide-gels with carrier ampholyte, bound to a plastic foil. Format: 250 x 115 mm, Thickness: 0.65 mm | | |
| pH-Ampholyt | | 4.5 – 5.1 | 4.8 |
| Leitfähigkeit (mS/cm) conductivity | | 0.20 – 0.60 | 0.36 |
| Proteintrennung protein separation | IEF, 650 µm-Gel, 7 °C, 3800 Vh | entspricht Standard conform reference | entspricht conform |
| Haftung des Gels adhesion of gel | IEF, 650 µm-Gel, 7 °C, 3800 Vh | Haftung ja adhesion yes | ja yes |
| Mindesthaltbarkeit minimum shelf life | | | 15.01.2025 |
| Lagerung (°C) storage | | | +2 bis/ to +8 |

**Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
Dieses Dokument entbindet nicht von einer branchenüblichen Eingangskontrolle.**
We do not guarantee that the product can be used for a special application.
This document does not release you from performing the standard control upon receipt of incoming goods.

SERVA Electrophoresis GmbH
Qualitätskontrolle/ Quality Control

Druckdatum/ printing date: 23.01.2024

Dr. Judith Koch

Daniela Lux-Helmstetter

Dieses Dokument ist ein Computerausdruck und deshalb ohne Unterschrift gültig.
This report has been computer generated and does not contain a signature.