

ANALYSENZERTIFIKAT
CERTIFICATE OF ANALYSIS

| | | |
|--|-------------------------|---------------|
| FocusGel 3-10 24S | Kat.Nr./Cat.No.: | 43335 |
| Size: 250 mm x 115 mm x 0.65 mm | Lot/Contr.No.: | 131184 |

| Parameter parameter | Methode method | Spezifikation specification | Ergebnis result |
|---|---|--|---------------------------|
| Beschreibung description | Gebrauchsfertige Polyacrylamid-Gele mit Träger-Ampholyt, die an eine Kunststoffolie gebunden sind. Format: 250 x 115 mm, Dicke: 0.65 mm, ohne Probetaschen | | |
| | Ready-to-use polyacrylamide-gels with carrier ampholyte, bound to a plastic foil. Format: 250 x 115 mm, Thickness: 0.65 mm, without sample wells | | |
| pH-Ampholyt | | 6.7 – 7.3 | 6.9 |
| Leitfähigkeit (mS/cm) conductivity | | 0.70 – 1.19 | 0.79 |
| Proteintrennung protein separation | IEF, 650 µm-Gel, 7 °C, 3800 Vh | entspricht Standard conform reference | entspricht conform |
| Haftung des Gels adhesion of gel | IEF, 650 µm-Gel, 7 °C, 3800 Vh | Haftung ja adhesion yes | ja yes |
| Mindesthaltbarkeit minimum shelf life | | | 10/ 2014 |
| Lagerung (°C) storage | | | +2 bis/ to +8 |

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
Dieses Dokument entbindet nicht von einer branchenüblichen Eingangskontrolle.
We do not guarantee that the product can be used for a special application.
This document does not release you from performing the standard control upon receipt of incoming goods.

SERVA Electrophoresis GmbH
Qualitätskontrolle/ Quality Control

Druckdatum/ printing date: 30.10.2013

Dipl.-Ing. (FH) Bernhard Göckel

Patricia Milford

Dieses Dokument ist ein Computerausdruck und deshalb ohne Unterschrift gültig.

This report has been computer generated and does not contain a signature.