

**A N A L Y S E N Z E R T I F I K A T**  
 CERTIFICATE OF ANALYSIS

<b>G 418 Lösung 50 mg/ ml, sterilfiltriert</b>	<b>Kat.Nr./Cat.No. : 47995</b>
G 418 solution 50 mg/ ml, steril filtered	<b>Lot/Contr.No. : P180320</b>

Parameter parameter	Methode method	Spezifikation specification	Ergebnis result
<b>Aussehen</b> appearance		klare, farblose bis gelbliche Lösung clear, colorless to pale yellow solution	entspricht corresponds
<b>Konzentration (mg/ ml in H<sub>2</sub>O)</b> concentration		50 mg G-418	entspricht corresponds
<b>pH</b>		4.0 – 6.0	5.1
<b>Osmolarität (mOsmol/ l)</b> osmolarity			156
<b>Sterilttest</b> sterile test		kein Wachstum no growth	entspricht corresponds
<b>Mindesthaltbarkeit</b> minimum shelf life			27.09.2020
<b>Lagerung (°C)</b> storage			-15 bis/ to -25

**Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.**  
**Dieses Dokument entbindet nicht von einer branchenüblichen Eingangskontrolle.**  
 We do not guarantee that the product can be used for a special application.  
 This document does not release you from performing the standard control upon receipt of incoming goods.

**SERVA Electrophoresis GmbH**  
**Qualitätskontrolle/ Quality Control**

**Druckdatum/ printing date: 04.10.2018**

Christian Monsler

Marina Konter

**Dieses Dokument ist ein Computerausdruck und deshalb ohne Unterschrift gültig.**  
 This report has been computer generated and does not contain a signature.