

ANALYSENZERTIFIKAT
CERTIFICATE OF ANALYSIS

Trypton aus Casein, pankreatisch	Kat.Nr./Cat.No. : 48647
Tryptone from casein, pancreatic	Lot/Contr.No. : 220482

Parameter parameter	Methode method	Spezifikation specification	Ergebnis result
Aussehen appearance		cremefarbenes Pulver cream colored powder	entspricht corresponds
pH	2% in H ₂ O	6.5 – 7.5	7.0
Trocknungsverlust (%) loss on drying		max. 6.0	4.12
Gesamtstickstoff (TN) (%) total nitrogen		min. 10.00	12.61
Aminostickstoff (AN) (%) amino nitrogen		min. 3.90	5.26
AN/TN x 100		report	41.7
Asche (%) ash		max. 15.0	6.0
Mikrobiologische Analyse microbiological analysis	standard plate count Salmonella Coliforms Yeasts and moulds	< 5 000 CFU/g negative negative < 100 CFU/g	entspricht/ corresponds entspricht/ corresponds entspricht/ corresponds entspricht/ corresponds
Mindesthaltbarkeit minimum shelf life			03.02.2026
Lagerung (°C) storage			+15 bis/ to +30

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
Dieses Dokument entbindet nicht von einer branchenüblichen Eingangskontrolle.
We do not guarantee that the product can be used for a special application.
This document does not release you from performing the standard control upon receipt of incoming goods.

SERVA Electrophoresis GmbH
Qualitätskontrolle/ Quality Control

Druckdatum/ printing date: 20.05.2022

Christian Monsler

Dr. Judith Koch

Dieses Dokument ist ein Computerausdruck und deshalb ohne Unterschrift gültig.
This report has been computer generated and does not contain a signature.